

SPESIFIKASI TEKNIS

Nama Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Gelas
Lokasi Anggaran : Kota Surabaya
Sumber Dana : APBD Pemerintah Kota Surabaya
Tahun Anggaran : 2011
Kode Kegiatan : 1.08.16.0027
Periode Lelang : Putaran X

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan
1.	Beaker Glass 50 ml ▪ Low Form ▪ Volume 50 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ With spout ▪ Diameter ±42 mm ▪ Tinggi ±60 mm Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
2.	Beaker Glass 100 ml ▪ Low Form ▪ Volume 100 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ With spout ▪ Diameter ±50 mm ▪ Tinggi ±70 mm Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru	10	Buah

	(Diserahkan pada saat klarifikasi)		
3.	Beaker Glass 500 ml ▪ Volume 500 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ With spout ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
4.	Beaker Glass 1000 ml ▪ Low Form ▪ Volume 1000 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ With spout ▪ Diameter ± 105 mm ▪ Tinggi ± 145 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
5.	Corong pemisah 500 ml ▪ Glass stoper ▪ Glass Stopcock TS $\varnothing 14,5$ mm ▪ $\varnothing$ bore 2,5 mm ▪ Stopper TS 29/32 ▪ Volume 500 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan,	20	Buah

	ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
6.	Corong pemisah 1000 ml ▪ Glass stoper ▪ Glass Stopcock TS Ø 18,8 mm ▪ Ø bore 4 mm ▪ Stopper TS 29/32 ▪ Volume 1000 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	5	Buah
7.	Penyangga corong pemisah ▪ Besi berdiri dengan pondasi plat dan penyangga corong pemisah ▪ Besi berdiri diameter 1 cm $\pm 0,2$ cm tinggi 60 cm ± 5 cm ▪ Plat : - Panjang 20 cm ± 2 cm - Lebar 14 cm ± 2 cm - Tebal 0,5 cm $\pm 0,2$ cm ▪ Penyangga Besi diameter 0,8 cm ± 1 cm panjang 20 cm ± 2 cm yang tersambung dengan besi melingkar dengan diameter 11,5 cm ± 1 cm (dilengkapi klem holder)	5	Buah
8.	Erlenmeyer 100 ml ▪ Wide neck ▪ Volume 100 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Neck outer diameter ± 34 mm ▪ Flask outer max diameter ± 64 mm	30	Buah

	▪ Tinggi ± 105 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
9.	Erlenmeyer 200 ml ▪ Wide neck ▪ Volume 200 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Neck outer diameter ± 50 mm ▪ Flask outer max diameter ± 79 mm ▪ Tinggi ± 131 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	20	Buah
10.	Erlenmeyer 300 ml ▪ Wide neck ▪ Volume 300 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Neck outer diameter ± 50 mm ▪ Flask outer max diameter ± 87 mm ▪ Tinggi ± 156 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	20	Buah

11.	Labu Ukur 250 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 250 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,15$ ml ▪ Neck size 14/23 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	17	Buah
12.	Labu Ukur 500 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 500 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,25$ ml ▪ Neck size 19/26 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
13.	Labu Ukur 1000 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 1000 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,40$ ml ▪ Neck size 24/29 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang	10	Buah

	memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
14.	Labu Ukur 25 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 25 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,04$ ml ▪ Neck size 10/19 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
15.	Labu Ukur 50 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 50 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,06$ ml ▪ Neck size 12/21 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	20	Buah
16.	Labu Ukur 100 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 100 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,10$ ml ▪ Neck size 14/23 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan	28	Buah

	Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
17.	Labu Ukur 200 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 200 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,15$ ml ▪ Neck size 14/23mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	18	Buah
18.	Pipet Ukur 1 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 1 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,007$ml ▪ Subdivision 0,01 ml ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
19.	Pipet Ukur 2 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 2 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat	10	Buah

	▪ Error limit $\pm 0,010\text{ml}$ ▪ Subdivision $0,02\text{ ml}$ ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
20.	Pipet Ukur 5 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 5 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,030\text{ml}$ ▪ Subdivision $0,05\text{ ml}$ ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
21.	Pipet Ukur 10 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 10 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,05\text{ml}$ ▪ Subdivision $0,1\text{ ml}$ ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
22.	Pipet Ukur 25 ml	10	Buah

	▪ Kelas A ▪ Ukuran 25 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,1\text{ml}$ ▪ Subdivision 0,1 ml ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
23.	Pipet Ukur 50 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 50 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,2\text{ml}$ ▪ Subdivision 0,2 ml ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
24.	Pipet Volume 50 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 50 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,05\text{ml}$ ▪ Referensi temperatur 20° dengan waktu tunggu 5 detik ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang	10	Buah

	memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
25.	Pipet Volume 1 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 1 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,008\text{ml}$ ▪ Referensi temperatur 20° dengan waktu tunggu 5 detik ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
26.	Pipet Volume 2 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 2 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,010\text{ml}$ ▪ Referensi temperatur 20° dengan waktu tunggu 5 detik ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
27.	Pipet Volume 3 ml - 4 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 3 ml : 10 Buah ▪ Ukuran 4 ml : 10 Buah ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit uk. $3\text{ml} \pm 0,015\text{ml}$	20	Buah

	▪ Error limit uk. 4ml $\pm$ 0,015ml ▪ Referensi temperatur 20° dengan waktu tunggu 5 detik ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
28.	Pipet Volume 5 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 5 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm$ 0,015ml ▪ Referensi temperatur 20° dengan waktu tunggu 5 detik ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
29.	Pipet Volume 10 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 10 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm$ 0,02ml ▪ Referensi temperatur 20° dengan waktu tunggu 5 detik ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat :	10	Buah

	- Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
30.	Pipet Volume 25 ml ▪ Kelas A ▪ Ukuran 25 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ▪ Error limit $\pm 0,03\text{ml}$ ▪ Referensi temperatur 20° dengan waktu tunggu 5 detik ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
31.	Tabung Reagen Coklat 50 ml ▪ Yang dimaksud tabung reagen adalah botol reagen ▪ Volume 50 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Amber Glass ▪ Bahu Kerucut ▪ Mulut botol menyempit dengan stopper kaca untuk cairan ▪ Neck size 14 / 15 ▪ Narrow neck ▪ Dapat di sterilkan / autoclavable ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	50	Buah
32.	Tabung Reagen Coklat 100 ml ▪ Yang dimaksud tabung reagen adalah	50	Buah

	botol reagen ▪ Volume 100 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Amber Glass ▪ Bahu Kerucut ▪ Mulut botol menyempit dengan stopper kaca untuk cairan ▪ Neck size 14 / 15 ▪ Narrow neck ▪ Dapat di sterilkan / autoclavable ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
33.	Tabung Reagen Coklat 250 ml ▪ Yang dimaksud tabung reagen adalah botol reagen ▪ Volume 250 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Amber Glass ▪ Bahu Kerucut ▪ Mulut botol menyempit dengan stopper kaca untuk cairan ▪ Neck size 19 / 26 ▪ Narrow neck ▪ Dapat di sterilkan / autoclavable ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	50	Buah

34.	Botol reagen tutup asah ▪ Volume 500 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Clear Glass ▪ Bahu Kerucut ▪ Mulut botol menyempit dengan stopper kaca untuk cairan ▪ Neck size 24 / 29 ▪ Narrow neck ▪ Dapat di sterilkan / autoclavable ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	50	Buah
35.	Labu destilasi 1000 ml ▪ Volume 1000 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Berlengan ▪ Ø Flask ± 131 mm ▪ Tinggi ± 250 mm ➤ Melampirkan : • Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	2	Buah
36.	Labu destilasi 2000 ml ▪ Volume 2000 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Berlengan ➤ Melampirkan : • Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru	2	Buah

	(Diserahkan pada saat klarifikasi)		
37.	Cawan porselen 100 ml ▪ Volume 100 ml $\pm$ 15 ml ▪ Autoclavable ➤ Melampirkan : • Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	20	Buah
38.	Cawan porselen diameter 7 cm ▪ Volume $\pm$50 ml ▪ Autoclavable ➤ Melampirkan : • Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	50	Buah
39.	Dropping bottle with pipet 50 ml ▪ Volume 50 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Clear glass ▪ Memiliki dropping pipet terintegrasi dengan tutup karet ▪ Tinggi total $\pm$ 79 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	4	Buah
40.	Dropping bottle with pipet 100 ml ▪ Volume 100 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Clear glass	4	Buah

	▪ Memiliki dropping pipet terintegrasi dengan tutup karet ▪ Tinggi total ± 105 mm ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
41.	Quartz Cell Cuvvete ▪ Optical/light path : 10 mm ▪ Fused Silica ▪ Compatible with Shimadzu Spectrofotometer UV-Vis 1800 ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	3	Buah
42.	Buret Glass Stopper 50 ml ▪ Volume 50 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ With stopcock key ▪ Error limit $\pm 0,05$ ml ▪ Subdivision 0,1 ml ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
43.	Gelas Ukur 50 ml	10	Buah

	▪ Kelas A ▪ Volume 50 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Error limit $\pm 0,5\text{ml}$ ▪ Subdivision 1 ml ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
44.	Gelas Ukur 100 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 100 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Error limit $\pm 0,5\text{ml}$ ▪ Subdivision 1 ml ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
45.	Gelas Ukur 250 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 250 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Error limit $\pm 1,0\text{ml}$ ▪ Subdivision 2 ml ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang	10	Buah

	memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)		
46.	Gelas Ukur 500 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 500 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Error limit $\pm 2,5\text{ml}$ ▪ Subdivision 5 ml ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
47.	Gelas Ukur 1000 ml ▪ Kelas A ▪ Volume 1000 ml ▪ Bahan : Kaca ▪ Error limit $\pm 5\text{ml}$ ▪ Subdivision 10 ml ➤ Melampirkan : • Dukungan Pabrik/Principal/Perwakilan Principal dalam bentuk Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru (Diserahkan pada saat klarifikasi)	10	Buah
48.	Botol winkler 300 ml ▪ Volume 300 ml ▪ Bahan : Kaca Borosilikat ➤ Melampirkan : • Surat Pernyataan/Keterangan, ditandatangani di atas materai, yang memuat : - Barang 100% baru	100	Buah

	(Diserahkan pada saat klarifikasi)		
--	------------------------------------	--	--

Keterangan : untuk barang nomor 7, 37 dan 38 tidak mencantumkan merek

HARGA PENAWARAN

HPS = Rp. 184.536.770,-

Pagu HPS (Include PPN) per Kode Rekening

Kode Rekening : 5.2.2.01.10 = Rp. 2.338.600,-

Kode Rekening : 5.2.2.01.17 = Rp. 182.198.170,-

Harga Penawaran tidak boleh melebihi Pagu HPS pada masing-masing Kode Rekening

.